



MUNICIPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 1 de 1

Nº Processo: 7 - 4 / 2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM DOMICÍLIOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social/Nome: **CNPJ/CPF:**

Endereço:

Dados Bancários: Banco: **Agência:** **Conta:** **Telefone:** (.....).....

Representante Legal: **CPF:**

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	27285	RECARGA DE O ² PARA CILINDRO 10M ³ (OXIGÊNIO GASOSOS PURO MEDICIANAL, GÁS INCOLOR, PUREZA MÍNIM DE 99,5%).RECARGA DE O ² PARA CILINDRO 10M ³ (OXIGÊNIO GASOSOS PURO MEDICIANAL, GÁS INCOLOR, PUREZA MÍNIM DE 99,5%)		M ³	12000,0000		
2	27286	RECARGA DE O ² PARA CILINDRO 1M ³ (OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL, GÁS INCOLOR, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%.		M ³	480,0000		
3	27287	RECARGA DE O ² PARA CILINDRO 3M ³ (OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL, GÁS INCOLOR, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%.		M ³	720,0000		
4	27189	VALVULA REGULADORA PARA CILINDROCOM FLUXOMETRO OXIGÊNIO (ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO:0 À31,5 Mpa (0 À315KGF/CM ²), CORPO: CROMADO CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: CROMADO, MANOMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI, SAÍDA DO GÁS CALIBRADO:3,5 + 0,3 KGF/CM ² PARA ENTRADA DE 100KGF/CM ² -CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA , CONFORME AS NORMAS DA ABNT		Unidade	5,0000		
Subtotal:							

Valor da Proposta: R\$

.....(.....).

Esta Proposta terá validade de dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data:

Assinatura e carimbo do Licitante