



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 1 de 2

Nº Processo: 50 - 31 / 2021

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS CONFORME NECESSIDADES E PORTARIA FEDERAL Nº 3.017/2020

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social/Nome: CNPJ/CPF:

Endereço:

Dados Bancários: Banco: Agência: Conta: Telefone: (.....)

Representante Legal: CPF:

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	32487	AUTOCLAVES ANALÓGICAS DE 21 LITROS DESCRİÇÃO: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS; FECHO DA TAMPА DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO DE AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; TENSÃO: 110; FREQUÊNCIA: 50/60HZ		UN	3,0000		
2	32485	COMPRESSOR COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 60 LITROS COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÃO TENSÃO: 110V; DESLOCAMENTO TEÓRICO: 10PCM-290I/MIN; PRESSÃO MÁXIMA: 120PSI-8,3BAR; RESERVATÓRIO: ACIMA DE 60 LITROS; TEMPO DE ENCHIMENTO: 3MIN 12S; NÚMEROS DE CILINDRO: 2; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 1; RUÍDO: 76dB(A); ROTAÇÃO: 1740RPM; MOTOR ELÉTRICO: 2HP-4P; NÚMERO DE CABEÇOTES 1; NÍVEL DE RUÍDO DCB 57; PINTURA INTERNA SIM; REGULADOR DE PRESSÃO		UN	4,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 31 / 2021

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS CONFORME NECESSIDADES E PORTARIA FEDERAL Nº 3.017/2020

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
3	32486	MOTOR DIRETO; ISENTO DE ÓLEO SIM; IDEAL PARA CONSULTÓRIO 2,5 ; POTÊNCIA 2 CV; ROTAÇÃO 1700 RPM; PROTETOR ELÉTRICO ULTRASOM (APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL)COM JATO DE BICARBONATOO JATO DE BICARBONATO É UM CONJUNTO MECÂNICO ALIMENTADO EXTERNAMENTE POR UMA REDE DE ÁGUA E DE AR COMPRIMIDO.O ARMAZENAMENTO DE PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO É REALIZADO ATRAVÉS DE RESERVATÓRIO INTERNO; POSSUI DUAS VÁLVULAS DE REGULAGEM DE FLUXO,SENDO UMA DE FLUXO DE ÁGUA E OUTRA DO FLUXO DE PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO; O SISTEMA DE UTRASSOM É ELETRÔNICO E PIEZOELÉTRICO ,COM FREQUÊNCIA DE 29 KHZ E AJUSTE DE O POTÊNCIA PELO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACOMPANHA 3 INSERTOS;FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA;CONTROLE DE FLUXO DE PÓ E ÁGUA INDEPENDENTES;SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ; PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; ALIMENTADO EXTERNAMENTE POR UMA REDE DE ÁGUA E UMA REDE DE AR COMPRIMIDO; RESERVATÓRIO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO;POTÊNCIA:35W; BIVOLT.		UN	6,0000		
Subtotal:							

Valor da Proposta: R\$

.....(.....).

Esta Proposta terá validade de dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data:

Assinatura e carimbo do Licitante